CERTIFICATE OF INSPECTION

GAGE BLOCKS

MAKE: DATE: 2026.3.5

TYPE: Rect SET NO 84091 87 PCS

STANDARD: DIN861 GRADE: 0

Deviation from nominal size in MATERIAL: Ceramic Block:

Nominal Size (mm)	Identification No.	Deviation (μm)	Nominal Size (mm)	Identification No.	Deviation (μm)	Nominal Size (mm)	Identification No.	Deviation (μm)
1.001	84717	-0.06	1.21	133868	-0.09	0.5	43199	-0.15
1.002	72713	-0.16	1.22	133942	+0.19	1	30156	+0.11
1.003	201007	+0.08	1.23	31977	+0.13	1.5	23720	-0.17
1.004	61851	+0.08	1.24	22762	+0.24	2	31892	+0.03
1.005	72706	-0.18	1.25	63160	-0.17	2.5	29192	+0.05
1.006	81685	+0.15	1.26	69055	-0.21	3	31920	+0.15
1.007	61959	+0.17	1.27	26159	-0.24	3.5	29226	-0.11
1.008	72722	-0.01	1.28	63344	-0.09	4	52431	-0.36
1.009	72754	-0.33	1.29	12898	-0.07	4.5	23490	-0.05
1.01	62470	-0.15	1.3	63929	-0.18	5	32398	+0.07
1.02	23009	-0.03	1.31	30348	-0.23	5.5	71763	+0.32
1.03	60351	-0.26	1.32	26228	+0.15	6	51355	-0.18
1.04	12371	-0.05	1.33	32154	+0.01	6.5	11426	+0.18
1.05	60607	+0.17	1.34	26285	-0.17	7	41189	-0.16
1.06	32153	-0.36	1.35	63476	-0.32	7.5	41135	+0.22
1.07	112838	+0.03	1.36	63437	-0.34	8	70486	+0.05
1.08	81213	+0.08	1.37	61896	+0.20	8.5	31862	-0.22
1.09	31202	-0.27	1.38	32172	+0.15	9	42100	+0.04
1.1	72617	-0.08	1.39	32082	-0.20	9.5	33268	-0.01
1.11	33493	-0.05	1.4	32192	-0.02	10	11293	-0.18
1.12	38740	+0.13	1.41	21438	+0.01	20	31084	-0.15
1.13	22706	+0.12	1.42	11380	-0.22	30	21161	+0.22
1.14	23073	+0.06	1.43	32279	-0.25	40	66822	-0.22
1.15	23113	+0.13	1.44	61362	-0.14	50	11681	+0.02
1.16	22421	+0.17	1.45	83310	-0.17	60	70838	+0.18
1.17	31312	-0.20	1.46	25119	-0.24	70	71452	+0.15
1.18	38683	+0.15	1.47	25166	-0.34	80	32042	+0.27
1.19	22480	+0.16	1.48	61582	-0.05	90	68206	-0.05
1.2	121690	-0.15	1.49	22729	+0.15	100	31740	-0.55

REMARKS: Standard reference temperature:68° F(20℃)

Coeffieient of thermal expansion: $(9.5\pm1.0)\times10^{-6}/℃$ REPORTED BY:

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App