广东华臻计量检测技术有限公司

Guangdong Huazhen Measurement and Testing Technology Co.,Ltd

校 准 证 书

CALIBRATION CERTIFICATE

CNAS 中国认可 国际互认 校准 CALIBRATION CNAS L13099

证书编号：HZ052603210051
Certificate No.

委 托 方：东莞市宏成五金制品有限公司
Client

委托方地址：/
Address

仪器名称：钨钢环规
Description

型号/规格：55.340
Model/Type

制 造 商：/
Manufacturer

出厂编号：自编161
Serial No.

管理编号：/
Asset No.

接收日期：2026 年 Y 03 月 M 21 日 D
Received Date

校准日期：2026 年 Y 03 月 M 21 日 D
Calibration Date

签发日期：2026 年 Y 03 月 M 23 日 D
Issue Date

发证单位（专用章）
Issued By (Stamp)

广东华臻计量检测技术有限公司 证书专用章

批 准：
Approved by

核 验：
Inspected by

校 准：
Calibrated by

地址：深圳市龙华区大浪街道同胜社区上横朗新工业区2栋207室
Address：Room 207, Building 2, Shanghenglang New Industrial Zone, Tongsheng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen
电话(Tel)：86-0755-88897322 传真(Fax)：86-0755-88897322

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

广东华臻计量检测技术有限公司

Guangdong Huazhen Measurement and Testing Technology Co.,Ltd

校 准 说 明

DIRECTIONS OF CALIBRATION

证书编号：HZ052603210051

Certificate No.

1. 本报告未经签章无效，数据涂改无效。

   It will be ineffective without certification,and the change of data will be ineffective,too.

2. 本证书的校准结果仅对所校准样品有效。

   The results of this certificate are only responsible for the item calibrated.

3. 未经本实验室书面批准，不得部分复制校准证书。

   This certificate shall not be reproduced except in full , without the written approval of our laboratory.

4. 本次校准的技术依据文件：

   Reference documents for the Calibration

   JJG 343-2012《光滑极限量规检定规程》

5. 本次校准使用的主要测量标准：

   Main Standards of Measurement Used in the Calibration

设备名称 Name of Equipment	编号 Serial No.	溯源单位 Traceability to	证书号/有效期 Certificate No./Due Date	计量特性 Metrological Charcteristic
万能测长仪	860151	深圳市计量质量检测研究院	JL2518035431/2026-11-02	U=0.5 μm, k=2

6. 校准地点、环境条件：

   Place and environmental conditions of the calibration

   地 点：本公司实验室　　温 度：23 ℃　　相对湿度：56 %RH

   Place　　Temperature　　Relative Humidity

7. 建议复校间隔时间：12 个月。但送校单位应按实际情况来定。

   Recalibration interval　　Months, but the delivery unit should be determined according to the actual use.

广东华臻计量检测技术有限公司 证书专用章

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

广东华臻计量检测技术有限公司

Guangdong Huazhen Measurement and Testing Technology Co.,Ltd

校 准 结 果

Result of Calibration

证书编号:HZ052603210050

Certificate No.

一、外观：符合要求。

二、尺寸校准：

测量项目	标准值(mm)	标准值(mm)
内径	55.350±0.001	55.3495

备注(Notes)：

1.测量结果扩展不确定度

(Expanded uncertainty of the measurement results)

U= 0.8μm (k=2)

2.依据(Reference document)

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

(JJF 1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)

（以下空白）

（The below is blank）

广东华臻计量检测技术有限公司 证书专用章

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App